

**ZÁZNAM ZO ZASADANIA KOMISIE POSUDZUJÚCEJ REVÍZIU  
NÁRODNÉHO ETALÓNU TEPLoty V ROZSAHU  $-38,8344\text{ }^{\circ}\text{C}$  AŽ  $961,78\text{ }^{\circ}\text{C}$ , NE  
020/A/99**

**1. Čas a miesto konania:** 8.2.2011, 12.30 h, laboratórium termometrie

**2. Účastníci (bez titulov):**

- a) Členovia posudzujúcej komisie ( R. Palenčár, J. Dobrovodský, M. Halaj)
- b) Zástupcovia SMÚ: S. Ďuriš, osoba zodpovedná za NE, J. Ranostaj, R. Knorová

**3. Priebeh a hlavné body programu rokovania**

Zasadenie viedol predseda komisie pre revíziu NE, pričom za základ posudzovania sa brali požiadavky Zákona o metrológii 142/2000 Z.z a Vyhlášky UNMS č. 210/2001 Z.z. zahrnuté v Organizačnej smernici SMÚ OS/20/2002 a OS/21/2002.

Hlavné prerokované otázky:

- a) kontrola úplnosti dodanej dokumentácie,
- b) plnenie požiadaviek Smernice systému manažerstva kvality SMÚ OS/20/2002 a OS/21/2002 (zákona o metrológii č.142/2000 Z.z. a Vyhlášky UNMS SR č.210/2000 z.Z),
- c) požiadavky na doplnenie dokumentácie a informácie ,
- d) prerokovanie návrhu správy vypracovanej predsedom komisie,
- e) harmonogram ďalšieho postupu.

Komisia sa oboznámila s návrhom správy o previerke NE vypracovanej R. Palenčárom na základe komunikácie s osobou zodpovednou za NE a podnetov členov komisie,

Bola vykonaná previerka NE na mieste a komisia prerokovala správu o previerke NE a prijala jej záverečné znenie.

**4. Najdôležitejšie závery**

Komisia odporúča NE teploty v rozsahu  $-38,8344\text{ }^{\circ}\text{C}$  až  $961,78\text{ }^{\circ}\text{C}$ , NE 020/A/99 ponechať v ďalšej činnosti a obnoviť jeho certifikát.

Bratislava, 8. február 2011

Komisia:

prof. Ing. R. Palenčár, CSc. .... 

Ing. Jozef Dobrovodský, CSc. ....

doc. Ing. Martin Halaj, PhD. ....

SMU:

Ing. S. Ďuriš, PhD. .... 

Ing. J. Ranostaj, PhD. .... 

Ing. R. Knorová ..... 