

Preverka národného etalónu – hodnotiaci list NE xxxx

Národný etalón: *spektrálnej transmittancie*
 Hodnotil: *J. Garaj*

		Vyhovuje (áno/nie)
1	Technický stav etalónu Slovné hodnotenie: <i>NE bol od ostatnej previerky inovovaný. Je funkčný, v dobrom technickom stave.</i>	<i>áno</i>
2	Podmienky uchovávanía a používania etalónu Slovné hodnotenie: <i>Podmienky vyhovujú požiadavkám. Miesto je centrálne klimatizované.</i>	<i>áno</i>
3	Kvalifikácia personálu uchovávajúceho etalón Slovné hodnotenie: <i>Ing. Obcrauková je ďalšieho kvalifikovaná. Za etalón zodpovedá od jeho vzniku v r. 1996.</i>	<i>áno</i>
4	Zabezpečenie prenosu reprodukováných hodnôt na ostatné etalóny Slovné hodnotenie: <i>Prenos reprodukováných hodnôt je zabezpečený cez CRM, resp. mierno.</i>	<i>áno</i>
5	Zachovanie metrologických parametrov NE na požadovanej úrovni Slovné hodnotenie: <i>Metódy kontroly poskytujú na úrovni kalibrácií a štandardov v štandardnej praxi. Výsledky kontrol sú veľmi dobré.</i>	<i>áno</i>
6	Preskúmanie dokumentácie k NE Slovné hodnotenie: <i>Technická dokumentácia NE je extenzívna, bez zásadných nedostatkov.</i>	<i>áno</i>
	Celkové zhrnutie: <i>Technický stav NE je veľmi dobrý</i>	<i>áno</i>

	<p>Návrh odporúčaní na ďalšiu činnosť:</p> <ol style="list-style-type: none">1, laboratórium potrebuje personálne S XE pracuje len jedna osoba.2, Kalibrácie byvies možno deťmi samostatnou limitáciou na jeden mesiac.	
--	---	--

Výsledné odporúčanie:

Odporúčam / ~~neodporúčam~~ predĺženie platnosti certifikátu národného etalónu.

25.2
Bratislava, xxxxxxxx 2011


Podpis hodnotiteľa